

Переклад з англійської
Allergan Industries SAS Route de Promery ZA de Pré-Mairy74370, Annecy, Savoie (Haute) Pringy, France

Сертифікат аналізу Аллерган медичний виріб

Дата друку : 18 квітня 2023

Артикул : 98352RX

Назва продукту Juvederm Voluma w/lido ROW

Номер серії : 1000614235

Дата виробництва : 2023-06

Термін придатності : 2025-05

ТЕСТ /ХАРАКТЕРИСТИКИ:	метод	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Номер/версія документа	D10A293 V11.0		
Визначення рН	PE 2.2.3	6.7 – 7.8	7.3
Зовнішній вигляд	IP04175	Гомогенний прозорий гель	Гомогенний прозорий гель
Сила екструзії	IP04175	5.9N – 15.0 N	8.0 N
Доза NaHA	IP04155	18.0– 22.0 мг/г	20.0 мг/г
Доза лідокаїну гідрохлориду	IP12002	0.27% – 0.33%	0.31%
Маса, що екстрагується	QPP05-12-001-PR	> 1.00 г	> 1.00 г
Бактеріальні ендотоксини	PE 2.6.14	< 5 ЕО/шприц	< 1 ЕО/шприц
Стерильність	PE 5.1.1	Стерильний	Стерильний

Прийнято

Випущений **Laura Vibert**

Дата випуску 20.06.2023

Сертифікат сформував **Julie Meyer**

*Вх. ан. 150990
28.10.24 JKT*