

УКРАЇНА
 ТОВ «АУП САРЕПТА-МЕДПЛАСТ»
 м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18
 тел. +38 062 3047424
 факс. + 38 0622527018

Атестована
 ДП "Донецькстандартметрологія"
 № ИЛ-015/ 2016

Відділ контролю якості

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 68
 Лейкопластир **Спласм**® бактерицидний
 на тканинній основі
 6 x 10 см

Дата виготовлення: **КВІТЕНЬ 2016** р.

№ серії: **030416**

Кількість продукції в серії: **100 000 шт.**

Аналіз виконано за ТУ У 24.4-30962188-003:2005, Зміні №1,2,3,4,5 до реєстраційного посвідчення № 4127/2005

| Найменування показників | Вимоги нормативної документації | Результати випробувань |
|----------------------------|--|--|
| Зовнішній вид | Лейкопластири не повинні мати плям, забруднень та складок. | Лейкопластири не мають плям, забруднень та складок |
| Особливості | Лейкопластир на тканинній основі з клеєм, з перфорацією або без неї, з прокладкою, насиченою бактерицидною речовиною (хлоргексидину біглюконата або брильянтового зеленого). Прилипаючий шар лейкопластиру і прокладка захищені плівкою, ламінованим або сілконізованим папером. Лейкопластир запакований в паперову чи іншу упаковку. | Лейкопластир на тканинній основі з клеєм, з перфорацією, з прокладкою, насиченою бактерицидною речовиною (брильянтового зеленого). Прилипаючий шар лейкопластиру і прокладка захищені сілконізованим папером. Лейкопластир запакований в паперову упаковку. |
| Клеючий шар лейкопластирів | Клеючий шар лейкопластирів має бути рівномірно нанесений на основу і не повинен відриватися від основи при зніманні плівки (паперу) і при розмотуванні. | Клеючий шар лейкопластирів рівномірно нанесений на основу і не відривається від основи при зніманні паперу. |
| Розмір | (6,0 ± 0,3 x 10,0 ± 0,5) см | (5,8 x 10,0) см |
| Комплектність | Згідно вимог ТУ | Відповідає |
| Упаковка | Згідно вимог ТУ | Відповідає |
| Маркування | Згідно вимог ТУ | Відповідає |
| Зберігання | В сухому, захищеному від світла та обігрівачів місці, при температурі від 10°C до 35° С, з відносною вологістю повітря до 80 % при 25 ⁰ С. | Відповідає |
| Строк придатності | 5 років | 5 років |

Висновок: Лейкопластири **Спласм**® бактерицидні на тканинній основі 6 030416 відповідають вимогам ТУ У 24.4-30962188-003:2005, Зміні №1,2,3,4,5 до реєстраційного посвідчення № 4127/2005.
 В. о. начальника ВКЯ Вангородська А. С.
 25.04.16 р



Вх акт №23 от 27.07.16