

ТОВ "Красота та Здоров'я",  
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,  
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540

Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

**Виробнича хіміко-аналітична лабораторія**

**Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005**

**ДП «Харківстандартметрологія»**

**Атестат акредитації зареєстрований у Реєстрі 15 серпня 2018 року № 01-0085/2018**

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «08» липня 2024 р**

Найменування продукції: **Виріб медичний "Рідкі свічки" Обліпіха 9 мл**

Кількість одиниць в партії: **1500 упаковок**

Партія: **015**

Дата виготовлення: **07.24** Термін придатності: **24 місяці від дати виготовлення**

Кінцевий строк реалізації: **07.26**

Упаковка: **у пачці 6 флаконів (в комплекті з канюлею) об'ємом 9 мл** Аналіз виконаний згідно **UA.TR.753.MD.36226540/RS-001**

Умови зберігання: **Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від +0 °C до +25 °C, в недоступному для дітей місці**

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації/метод контролю	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	В'язка, гігроскопічна, рухома рідина.
2	Колір	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	Відтінки помаранчевого
3	Запах	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 / ГОСТ 29188.0	Специфічний
4	Водневий показник, од. рН.	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 5,0 – 8,5 ГОСТ 29188.4	відповідає
5	Об'єм наповнення (мл) і відхилення від середньої маси %	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-002 8,55-9,55 ±5	відповідає
6	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	100 UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
7	Дріжджі та плісняві гриби	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
8	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa)	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
9	Індекс шкірно-подразнюючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
10	Індекс сенсibiliзуючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-006	відповідає
11	Маркування	UA.TR.753.MD.36226540/RS/TR-009	відповідає

**Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам  
UA.TR.753.MD.36226540/RS-001**

**Завідувач виробничої хіміко-аналітичної лабораторії**



**Васильєва В.В.**

*В.В. Васильєва*  
10.09.2024