




СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Рукавички оглядові нітрилові "MEDICARE" (нестерильні, текстуровані, без пудри)
Розмір: S, L, M
Виробник: ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях "Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited"
Номер партії: 2024-02 7238
Дата виготовлення: 2024.02
Термін придатності: 2027.02

№	Параметр, що підлягає перевірці	Вимоги		Результати тесту
		Рівень перевірки	AQL	
1.	Відсутність отворів	GI	1,5	Тест пройдено
2.	Значні візуальні дефекти	GI	2,5	Тест пройдено
3.	Незначні візуальні дефекти	GI	4,0	Тест пройдено
4.	Ширина рукавички (мм)	S	80 ±10мм	87мм
		M	95 ±10мм	97мм
		L	110 ±10мм	108мм
5.	Довжина рукавички, для всіх розмірів (мм)	S, M, L	240мм	245 – 251мм
6.	Товщина в зоні пальців (мм)	0,05мм		0,09мм
7.	Товщина в зоні долоні (мм)	0,05мм		0,06мм
8.	Міцність на розрив до тесту на старіння (Н)	≥6Н		6,9 – 7,2
9.	Міцність на розрив після тесту на старіння (Н)	≥6Н		7,1 – 7,8
10.	Міцність на розтяг до тесту на старіння	≥500%		566 – 582
11.	Міцність на розтяг після тесту на старіння	≥400%		514 – 542

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам стандартів EN455-1; EN455-2; EN455-3; EN455-4
Номер технічного файлу та декларації відповідності № 24.2-SR
СУЯ відповідає міжнародному стандарту ISO 13485:2016
СУЯ відповідає стандарту України ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості  Ольга ДОРОГУНЦОВА
Дата видачі сертифікату: 02.05.2024



02.05.2024
