



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 161/0424

**Пластик Косметичний СаліПласт ПЛЮС
від мозолів, бородавок №3**

Серія № 900424

Дата виготовлення: 04. 2024

Термін придатності: 04. 2029

Кількість продукції в серії: 1 206 уп.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 602-123-20-1/15338 від 18.05.2017р.

Аналіз виконано за ТУ У 21.2-39289080-004:2017

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п. 3.2.2.2	Косметичний пластик тілесного кольору на полімерній основі, з пінопітетилісним кільцем без зморшок, забруднення, сторонніх включень	Відповідає
Токсиколого-гігієнічні показники	Не ≥ 4 балів (ДСанПіН №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми»)	1 бал*	Відповідає
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^3$	Менше 10^{**}	Відповідає
	Staphylococcus aureus, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Escherichia Coli, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Pseudomonas aeruginosa, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^2$	Менше 10^{**}	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 6,3 см $\pm 0,5$ мм Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	6,30 см	Відповідає
	Ширина – 1,9 см $\pm 0,2$ см Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	1,90 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, 20 г/м ² Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	128,7 г/м ^{2***}	Відповідає
	Густина основи, 50 г/м ² Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	256,9 г/м ^{2***}	Відповідає
Комплектність, маркування, пакування	Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам.	Відповідає

* Випробування проведене Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України.


** Випробування проведене Державним підприємством «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Висновок: Пластик Косметичний СаліПласт ПЛЮС від мозолів, бородавок №3, серії 900424, дата виготовлення: 04.2024, відповідає вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва
03.04.2024 р.

Зименко О.В.



Всеско 0403
17.09.24