

АТ «ЛУБНИФАРМ»  
 УКРАЇНА, 37500, м.Львів, вул. Барвінківка, 16  
 тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31



Відділ контролю якості  
 Свідчення про атестацію ВКЯ № 312 від 28.09.2016



Сертифікат якості № 861  
**КЛЕЙ МЕДИЧНИЙ БФ-6 ВІД ПОДРЯПИН, по 5 г**  
 у флаконі з пензликком

Номер партії Б-2024  
 Кількість продукції в партії 10,1 т. шт.

Дата виробництва 07.2024 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами; ДСТУ EN 980:2007

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Зовнішній вигляд	Прозора або злегка каламутна рідина від світло-жовтого до червоножовтого кольору	Прозора рідина світло-жовтого кольору
2.	Ідентифікація	1. До 1 г клею додають 4 мл ефіру. У результаті реакції повинні утворюватися білі пластівці (смола), які випадають в осад 2. До 25 г клею, додають 50 мл води, струшують протягом 5 хв; рідку частину перегрівають. До 0,5 мл відгону додають 6 мл розчину натрію гідроксиду розрахованого та 2 мл 0,1 М розчину йоду. Відчувається характерний запах колофоруму і поступово утворюється жовтий осад колофоруму 3. До 2 мл відгону додають 0,5 мл кислоти оптової Бензолної і 1 мл кислоти сірчаної і нагрівають на плитці до кипіння. Відчувається характерний запах стиглового ефіру кислоти оптової	Відповідає
3.	Кількість клею	Флакон з пензликком повинен містити 5 г ± 0,3 г клею	Відповідає 5,0 г
4.	Функціональне призначення	Клей повинен при нанесенні тонким шаром на суху шкіру протягом 2 хвилин утворювати тонку еластичну плівку, яка міцно утримується на поверхні шкіри	Відповідає
5.	Сухий залишок	Від 15,0 до 19,0 %	Відповідає 17,1 %
6.	Мікробіологічна контамінація: - загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТММС) - <i>Staphylococcus aureus</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Не більше 10 <sup>2</sup> КУО/г Не більше 10 КУО/г Не допускається наявність в 1 г Не допускається наявність в 1 г	Менше 100 КУО/г Менше 10 КУО/г Відповідає Відповідає
7.	Пакування	Відповідно вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3	Відповідає
8.	Маркування	Відповідно вимог ТУ У 24.4-00480951-001:2011, Зміна № 2, № 3; ДСТУ EN 980:2007	Відповідає
9.	Гарантійний термін зберігання	4 роки	Відповідає 2028-07
10.	Транспортування і зберігання	Відповідно ГОСТ 15150. При температурі не більше + 25 °С	Відповідає



Виновок: Партія Б-2024 відповідає вимогам ТУ У 24.4-00480951-001:2011, зі змінами; ДСТУ EN 980:2007  
 Дата оформлення сертифікату 10.07.2024 р.

*[Handwritten signature]*  
 /підпис/

Шенельчук С.В.  
 ДЛБ/

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ  
 ПОВНОВАЖЕНА ОСОБА  
*[Handwritten signature]*  
 М.І. ШИТЬ М.І. 10.07.2024

*[Handwritten signature]*  
 Dr. car 10019 619 15.08.24