



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
е-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 423/1024

Пластир +103
на тканинній основі 5m (м) x 5 cm (см)

Серія № 571024
Дата виготовлення: 10. 2024
Термін придатності: 06. 2028
Кількість продукції в серії : 906 уп.
Декларація про відповідність №24-2017 від 17.10.2022р.
Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-001


Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластирі повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.1	Пластир котушковий на тканинній основі без зморшок, забруднення, сторонніх включень. Рівномірно намотаний на втулку без розривів.	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4;Таблиця 1	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 5м ±5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	4,99 м	Відповідає
	Ширина – 5см ± 5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	5,0 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	89,0 г/м ² *	Відповідає
	Густина основи, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	123,9 г/м ² *	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.8	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

* Випробування проведене Державним підприємством “Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”.

Висновок: Пластир +103 на тканинній основі 5m (м) x 5 cm (см), серії 571024, дата виготовлення: 10.2024, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-001 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва
11.10.2024 р.



Зименко О.В.

Результат 15.10.2024
18.10.2024