

QUALITY CERTIFICATE / СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Wound plaster fabric cotton 6 cm x 10 cm

Пластир медичний тканий бактерицидний 6 см (см) x 10 см (см)

Date of manufacture / Дата виготовлення– 2022.09


Expiry date / Термін придатності– 2027.08

LOT number / Партія– 13222808

Name / Название		Unit / Единица изменения	Technical data / Технические данные	Technical Requirement / Техническое требование	Actual Result / Фактический результат
Appearance / Внешний вид		-	Plaster is a clean, even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластырь чистый, гладкий, промазанный клеем, без пятен, на задней части пластыря не нанесён клей	Plaster should be Clean even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластырь должен быть чистым, гладким, промазанным клеем, без пятен, на заднюю часть пластыря не наносится клей	OK / Соответствует
Size / размер	Width / ширина	mm	4 x 10 cm 6 x 10 cm 8 x 10 cm	Permissible deviation of linear sizes not more than 10% / Допустимое отклонение линейных размеров не более 10%	OK / Соответствует
	Length / длина	mm			OK / Соответствует
Glue content / Содержание клея		g/m ²	98 98 44	not more than 100 / не более 100	OK / Соответствует
Resistance to peeling adhesive layer / Сопротивление отслаивания липкого слоя		N/m	37,5 37,5 108	not less than 25 not more than 200 / не менее 25 не более 200	OK / Соответствует

Liepaja special economic zone LLC "NordePlast"
 Лієпайська спеціальна економічна зона ТОВ «НордеПласт»

Quality management system specialist Polina Berga /
 Фахівець із управління системи якості Полина Берга




Liepaja / Лиєпая

04.11.2022

Въ СЛН ОВРР
 161122