

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| CERTIFICATE OF ANALYSIS <i>Certyfikat analizy</i> | | No. 291/23/DHR <i>Numer</i> |
| Product Name/ <i>Nazwa Produkta</i> | Medlance Plus, safety lancet Special, blade 0.8mm 2.0mm | |
| Catalog Number/ <i>Numer Katalogowy</i> | 7744 | |
| Order Number/ <i>Numer Zamówienia</i> | ZS-1674/23 (contractNo 07/06/TESHTL dated 07.06.2011) | |
| Dispatch Number/ <i>Numer Listy Wysyłkowej</i> | 470/2023 | |
| Lancet Drawing Revision/ <i>Numer Rysunku</i> | 550.0200.6.0 R2g | |
| Lot Number/ <i>Nr. Serii</i> | D22B223G2 | |
| Date Of Production/ <i>Data Produkcji</i> | 2023-11-10 | |
| Lot Quantity/ <i>Ilość</i> | 280 boxes | |
| Complete Needle Lot Number/ <i>Nr. Serii igły kompletnej</i> | 22B223 | |
| Sterilization Certificate No./ Numer <i>Certyfikatu Sterylizacji</i> | 277.528 | |
| Sterilization Date/ <i>Data sterylizacji</i> | 2023-10-10 | |
| Expiry Date/ <i>Data Ważności</i> | 2028 - 10 - 01 | |
| Sterilization Method/ <i>Metoda Sterylizacji</i> | Gamma Irradiation Co-60 Min 17,5 kGy - Max 40,0 kGy | |

This document is to confirm that the product was tested for compliance with Product Specification ZN-2005/HTL.-553-556.01 revision 22 by Quality Control and meets the relevant requirements

Niniejszy dokument potwierdza, że wyrób został sprawdzony na zgodność z wymaganiami Specyfikacji Produktowej ZN-2005/HTL-553-556.01 wydanie 22 przez Kontrolę Jakości i spełnia stosowne wymagania tej specyfikacji.

Date Of Preparing Certificate/ Data Sporządzenia Certyfikatu

Signature/ Podpis

Decision/ Decyzja

ACCEPTED

Specjalista ds. Jakości-Historia Wyróbu

Quality Specialist - DHR

H. Szymon

Wydział Sprzedaż



| | |
|--------------------|---|
| Назва | Медланс Плюс, Спеціальний, 200 шт |
| Каталожний номер | 7744 |
| Креслення ланцету | 550.0200.6.0 R2g |
| Номер партії | D22B223G2 |
| Дата виробництва | 10.11.2023 |
| Термін придатності | 01.10.2028 |
| Метод стерилізації | Гамма радіація Co-60 Min 17.5 kGy – Max 40.0 kGy |

Продукція відповідає внутрішньому стандарту ZN-2005/HTL.-553-556.01 rev.22

Дата 20.11.2023

вх. ам. 150474
04.04.24