

JIANG SU NAN FANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Transparent 7,2 cm x 2,3 cm "H Dr. House", 20pcs Набір пластирів медичних водонепроникних "Прозорі" 7,2 см x 2,3 см "H Dr. House " 20 шт		Specification Розміри	7,2cm×2,3cm		
Order No./Заказ №	LXC 21050567		Lot No./Партия №	21050567		
Quantity Кількість	128 000 pcs 128 000шт		Test Date Дата перевірки	2021.09.17		
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20152141305		Date of report Дата звіту	2021.09.24		
Дата виготовлення	2021.07		Термін придатності	2026.06		
Check result/Результат перевірки						
Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од.ви міру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Test(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result результат	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	--	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK відповідає	
4.2	Basic Size Основн ий розмір	Backing Length Довжина	mm	72.0±3.0	72.0	OK відповідає
		Backing Width Ширина	mm	23.0±3.0	23.0	OK відповідає
4.3	Absorbed rate Показник абсорбції	--	> pad weight × 6 > Вес подушки x 6	9.8	OK відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.3	OK відповідає	
Test Conclusion: The product in conformity with the requirements of standard Su Chang machinery equipment 20152141305 / Висновки перевірки – продукт відповідає вимогам стандарту						

Інспектор (Inspector):

Рецензент (Review):



Віктор Воробей 200218