

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.
Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»
Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/202
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «06» червня 2024 р

Найменування продукції **Виріб медичний** **«Ринусін», спрей назальний 20,0 мл (мл)**
Кількість одиниць в партії: **1600 упаковок**
Номер партії (серія): **002**
Дата виготовлення **06.24** Термін придатності: **2 роки від дати виготовлення**
Придатний до : **06.26**
Упаковка: **Спрей назальний 20,0 мл (мл) у пластиковому флаконі з розпилювачем з ковпачком** Виготовлено згідно: Декларації про відповідність №93 (версія 1) від 05.02.2023 р.
Номер у реєстрі Держлікслужби України-14167.
Умови зберігання: **Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 0°C до 25°C, в недоступному для дітей місці**

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	UA.TR.753.MD.36226540/R-003	Безбарвна прозора рідина
2	Колір	UA.TR.753.MD.36226540/R-003	Від прозорого до кремового різних відтінків Відповідно зі зразком-еталоном
3	Запах	UA.TR.753.MD.36226540/R-003	Специфічний, слабкий, властивий використаній сировині
4	Водневий показник, pH	UA.TR.753.MD.36226540/R-003 7,0-8,5	відповідає
5	Об'єм наповнення (мл)	UA.TR.753.MD.36226540/R-003 20,0	відповідає
6	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	UA.TR.753.MD.36226540/R-003 100	відповідає
7	Дріжджі та плісняві гриби	UA.TR.753.MD.36226540/R-003 Не дозв.	відповідає
8	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa)	UA.TR.753.MD.36226540/R-003 Не дозв.	відповідає
9	Індекс шкірно-подразнюючої дії	UA.TR.753.MD.36226540/R-003 0 балів	відповідає
10	Індекс сенсibilізуючої дії	UA.TR.753.MD.36226540/R-003 0 балів	відповідає
11	Маркування	UA.TR.753.MD.36226540/R-003	відповідає

Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
UA.TR.753.MD.36226540/R-003

Завідувач
лабораторії відділу технічного контролю



Васильєва В.В.

Васильєва В.В.
16.06.2024