

ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

ПАСПОРТ

Артикул: 1220701 : Накідка для відвідувача на зав'язках довжиною 110 см «Славна®»
(спанбонд - 30 г/м2) стерильна

ТУ У 18.2-19117325-005:2011

Номер партії: 241002 Стерилізація оксидом етилену.
Дата виготовлення: 2024 -10
Кількість 300 шт.

№	Найменування основних показників	Пункт вимог технічних умов	Результати випробувань
1	Відповідність технологічній документації	1.1.1	Відповідає
2	Основні розміри	1.2.1	Відповідає
3	Зовнішній вигляд	1.2.1, 1.2.2, 1.3.3	Відповідає
4	Комплектність, маркування, пакування	1.4, 2.5, 1.6.1-1.6.5	Відповідає
5	Матеріали	1.3.1	Відповідає
6	Цілісність споживчого пакування	1.3.4	Відповідає
7	Стерильність	2.2	Відповідає

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

Висновок:
1220701 Накідка для відвідувача на зав'язках довжиною 110 см «Славна®» (спанбонд - 30 г/м2)
стерильна
відповідає вимогам ТУ У 18.2-19117325-005:2011



Начальник БТК

Сердюкова О.А.

ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"

Україна, м.Київ, пр-т Перемоги,65, тел. (044) 422-52-03, (044) 239-2184

ПАСПОРТ

Артикул: 1220901 : Бахіли медичні низькі «Славна®» (поліетилен - 8 г/м2) стерильні

ТУ У 18.2-19117325-005:2011

Номер партії: 240710 Стерилізація радіаційна.
Дата виготовлення: 2024 -07
Кількість 500 пар

№	Найменування основних показників	Пункт вимог технічних умов	Результати випробувань
1	Відповідність технологічній документації	1.1.1	Відповідає
2	Основні розміри	1.2.1	Відповідає
3	Зовнішній вигляд	1.2.1, 1.2.2, 1.3.3	Відповідає
4	Комплектність, маркування, пакування	1.4, 2.5, 1.6.1-1.6.5	Відповідає
5	Матеріали	1.3.1	Відповідає
6	Цілісність споживчого пакування	1.3.4	Відповідає
7	Стерильність	2.2	Відповідає

Гарантійний термін зберігання - 5 років з дати виробництва

Висновок:
1220901 Бахіли медичні низькі «Славна®» (поліетилен - 8 г/м2) стерильні
відповідає вимогам ТУ У 18.2-19117325-005:2011



Начальник БТК

Сердюкова О.А.

Всесвіт 0634
22.10.2024