

Паспорт
на Тест-систему на визначення міоглобіну/КК-МВ/тропоніну I
CITO TEST® Cardio Combo
ТУ У 20.5-32208905-005:2012

серія: M1C24080001
каталожні номери: BCCCP11, BCCCP21, BCCCP310
використати до: 05.08.2026 р.

2. Показники специфікації

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУВАННЯ	ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧУТЛИВІСТЬ	Позитивний	10 хвилин
СПЕЦИФІЧНІСТЬ	Негативний	20 хвилин

2. Зовнішній вигляд та комплектність:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ		
	BCCCP11	BCCCP21	BCCCP310
Тест-касета	Пройшов	Пройшов	Пройшов
Піпетка	Пройшов	Пройшов	Пройшов
Буфер	Пройшов	Пройшов	Пройшов
Скарифікатор (ланцет)	-	Пройшов	-
Серветка спиртова	-	Пройшов	-
Рукавички медичні нестерильні	-	Пройшов	-
Інструкція	Пройшов	Пройшов	Пройшов

Показники якості Тест-системи на визначення міоглобіну/КК-МВ/тропоніну I
CITO TEST® Cardio Combo, серія M1C24080001, відповідають ТУ У 20.5-
32208905-005:2012.

Серію визнано придатною до використання.

Менеджер з контролю якості: Вустенко М.

Підпис

Дата

18.10.2024 р.



№ 001/2024/1257 від 04.10.2024 р.