



HENSON

Maiņa iela 76/78
Rīga LV-1009
Latvija
Reģ.Nr. 40003050573
Tālr. +371 7312146
Fakss. +371 7296829
e-mail. henson@henson.lv

СЕРТИФИКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ТОВ Хенсон

Найменування продукції

MULTISON 100 МЛ

LOT ПН7/24

Термін придатності до: 10/2026

Види контролю	Показники	Результати
Прозорість	Прозорий	ТЕСТ ПРОЙШОВ
pH-показник	7.0-7.4	ТЕСТ ПРОЙШОВ
Осмоляльність	270-330 mOsmol/Kg	ТЕСТ ПРОЙШОВ
EDTA	0.09-0.12 %	ТЕСТ ПРОЙШОВ
РНМВ	1.1-1.3 ppm	ТЕСТ ПРОЙШОВ
НАР	0.025-0.035 %	ТЕСТ ПРОЙШОВ
Стерильність	СТЕРИЛЬНИЙ	ТЕСТ ПРОЙШОВ

ОБ`ЄМ

Відповідає вказаному на етикетці

ВІДПОВІДАЄ ОРИГІНАЛУ СЕРТИФИКАТУ

ТОВ Хенсон

РЕЗУЛЬТАТ

СХВАЛЕНИЙ

КОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТА

(Підпис)



Відповідає вказаному на етикетці