



ФЗ-П-12 НЯ-13485

УМАНСЬКА ФІЛІЯ

03150, м. Київ-150, вул. Ділова, 6
тел./факс (044) 287-81-72

ТОВ ТД "КАМПУС КОТТОН КЛАБ"

Адреса виробництва:
м. Умань, вул. Індустріальна 12-а

ПАСПОРТ

БИНТ марлевий медичний нестерильний

(нестерильний або стерильний)

розмір
бинту:

7м(м) x 14см(0.14м)

Партія/
серія
№:

4

Дата виготовлення:
(місяць, рік)

06.2024р.

20 тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079

Випробування проведені у відповідності з ГОСТ 1172-93

Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту за ГОСТ	Норма для бинту		Результат
		5м x 10см	7м x 14см	
Довжина	1.1.3	5,0 \pm 0,2 м,	7,0 \pm 0,3 м	6,99м
Ширина для нестерильних бинтів для стерильних бинтів		10,0 \pm 0,5 см, 10,0 \pm 0,5 см,	14,0 \pm 0,5 см 14,0 \pm 1,0 см	13,5 см
Товщина для бинтів 5м x 10см для бинтів 7м x 14см	1.1.7	Не більше 25 мм Не більше 35 мм		30 мм
Ступінь білизни* для нестерильних бинтів для стерильних бинтів	1.2.2	Не менше 80% Не менше 70%		Відповідає*
Капілярність* для нестерильних бинтів для стерильних бинтів	1.1.6	Не менше 7,0 см Не менше 6,5 см		Відповідає*
Розривне навантаження по довжині* для нестерильних бинтів. для стерильних бинтів	1.1.5	Не менше 69 Н Не менше 59 Н		Відповідає*
Стерильність* (для бинту в стерильному виконанні)	1.1.2	Повинен бути стерильним		Відповідає*
Упаковка, маркування	1.3, 1.4	За ГОСТ 1172-93		Відповідає

* - за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: **відповідає** вимогам ГОСТ 1172-93

Термін придатності: 5 років



Дата контролю **27.06.2024р.**

Начальник виробництва  Молоченко А.С.
(підпис, прізвище)

*for see will do
20.11.2024*