

90

ЦПР  
Угрупування Німеччини

## Сертифікат аналізу

Продукція: презервативи Pearl (використовуємо SICO Pearl крапкове рифлення), протестовані

Серія №: 1686NF2047

Дата виробництва: 01.11.2020

Специфікація: Специфікація компанії, методи згідно EN ISO 4074

| Контрольні дослідження    | Показники | Вимоги      | Результат |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Довжина                   | Мм        | Мін. 180    | 188       |
| Ширина                    | мм        | 51-53       | 52        |
| Межа міцності при розриві | кПа       | Мін. 20     | 28.5      |
| Подовження при розриві    | %         | Мін. 700    | 840       |
| Об'єм при розриві         | л         | Мін. 18     | 38.2      |
| Тиск розриву              | кПа       | Мін. 1.0    | 1.78      |
| Товщина стінки            | мм        | 0.06-0.07   | 0.066     |
| Відсутність розривів      |           | Макс. 2/315 | 0/315     |
| Візуальні дефекти         |           | Макс. 3/315 | 0/315     |

Підпис  
Сгд. Бодемееер  
Менеджер з контролю

Контрольний номер 2047/20



Вхано 019205 1302138