

# JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No.56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China



UA.TR.099

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

### Сечоприймач "ВОЛЕС" 750 мл стерильний

LOT	Партія	Дата виробництва	Термін придатності
	20230718	2023-07	2026-07
	Об'єм	750 мл	
	Довжина трубки	38 ± 2 см	
	Матеріал	прозорий полівінілхлорид	
	Нанесення шкали	від 50 до 750 мл (ціна поділки 50 мл)	
	Зливний кран	гвинтовий спускний кран на дні мішка	
	Клапан для запобігання зворотньому відтоку сечі	Так	
	Отвори для кріплення сечоприймача	Так, 4	
	Стерильність	Так	
	Метод стерилізації	Етилен оксид <span>STERILE EO</span>	
	Індивідуальна упаковка	Так	

#### Умовні позначки

	Зберігати в сухому місці
	Для одноразового застосування
	Ознайомтеся з інструкцією перед застосуванням

#### Виробник:

JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No. 56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China

ДЖІАНГСУ КАНГДЖІН МЕДИКАЛ ІНСТРУМЕНТ КОМПАНІ ЛТД.

№56 Чангженг Род, Донгшу вїллаге, Женглу Тоун, Вуджїн Дїстрїкт, Чангжоу Сїті, Джіангсу Провїнс, 213111, Кїтай

#### Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграду, 2-Г, корп.1



Бк ок ВУА

к.с. 040620