

[ЛОГОТИП:] <b>ntc</b> Novelty.Technology.Care	<b>СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ</b>				
	Ідент.№	M_MDIST02_3	Редакція	01	Дата видачі

**Продукт:** «Гілайс Аміно» (Gilays Amino)  
**Серія:** 0430524  
**Дата виробництва:** травень 2024 року  
**Термін придатності:** травень 2026 року  
**Кількість, шт.:** 23 460

Випробування	Межі норми	Результат
Зовнішній вигляд	Прозорий та безбарвний розчин	Відповідає
Середній об'єм	$\geq 10$ мл	10 мл
Осмолярність	240-300 мОсм/кг	260 мОсм/кг
Рівень рН	6,5-7,0	6,7
В'язкість	10-30 сПз	12 сПз
Ідентифікація гіалуронової кислоти	Позитивна	Відповідає
Кількісне визначення гіалуронової кислоти	90-110%	103,4%
Стерильність	Стерильно	Стерильно

Цей сертифікат аналізу, виданий компанією «ЕнТіСі», містить дані аналізів, проведених власним субпідрядником, оскільки «ЕнТіСі» безпосередньо не проводить аналітичні випробування готової продукції.

«ЕнТіСі» видає сертифікат аналізу відповідно до вимог замовлення на купівлю.

м. Мілан, 12.06.2024 р.

«ЕнТіСі С.р.Л.»  
 Еліс Гуелфо (Alice Guelfo)  
 Менеджер із забезпечення якості  
 [підпис]

[Штамп:]

**«ЕнТіСі С.р.Л.»**  
 Віа Луїджі Рацца, 3 – 20124 МІЛАН  
 Номер платника ПДВ 03503980967

Сторінка 1 із 1