



ТОВ ТД "КАМПУС КОТТОН
КЛАБ"

ФЗ-П-12 НЯ-13485

УМАНСЬКА ФІЛІЯ
03150, м. Київ-150, вул. Ділова, 6
тел./факс (044) 287-81-72

Адреса виробництва:
м. Умань, вул. Індустріальна 12-а

ПАСПОРТ

БИНТ марлевий медичний стерильний (нестерильний або стерильний)

розмір: **7м(м) x 14см(0.14м)** Партія/серія **5** Дата виготовлення: **10.2022р.**
бінту: **7м(м) x 14см(0.14м)** №: **5** (місяць, рік)

20 тип марлі згідно з ДСТУ EN 14079
Випробування проведені у відповідності з ГОСТ 1172-93

Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту за ГОСТ	Норма для бинту		Результат
		5м x 10см	7м x 14см	
Довжина	1.1.3	5,0 \pm 0,2м,	7,0 \pm 0,3 м	6,99м
Ширина для нестерильних бинтів для стерильних бинтів		10,0 \pm 0,5см, 10,0 \pm 0,5см,	14,0 \pm 0,5 см 14,0 \pm 1,0 см	14 см
Товщина для бинтів 5м x 10см для бинтів 7м x 14см	1.1.7	Не більше 25 мм Не більше 35 мм		30 мм
Ступінь білизни* для нестерильних бинтів для стерильних бинтів	1.2.2	Не менше 80% Не менше 70%		Відповідає*
Капілярність* для нестерильних бинтів для стерильних бинтів	1.1.6	Не менше 7,0 см Не менше 6,5 см		Відповідає*
Розривне навантаження по довжині* для нестерильних бинтів для стерильних бинтів	1.1.5	Не менше 69 Н Не менше 59 Н		Відповідає*
Стерильність* (для бинту в стерильному виконанні)	1.1.2	Повинен бути стерильним		Відповідає*
Упаковка, маркування	1.3, 1.4	За ГОСТ 1172-93		Відповідає

* - за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: **відповідає** вимогам ГОСТ 1172-93 Термін придатності: 5 років



Дата контролю 24. 01. 2023 р.

Начальник виробництва *А.С. Молоченко*
(підпис, прізвище) Молоченко А.С.

бу. ач 0785

від 31.07.2023

Ген