

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

### Основна інформація

Назва медичного виробу:	ОПТИНОЛ® Алерджи, очні краплі 2 %
Артикул бітоп:	35000
Артикул замовника:	310001284
Дата виробництва:	2023-11
Lot (номер партії):	099542
Придатний до:	2026-11

Вид аналізу	Одиниці вимірювання	Вимоги	Результати
Зовнішній вигляд	-	Прозора, безбарвна рідина	відповідає
Видимі частинки	-	Без видимих частинок	відповідає
Вміст ектоїну (ВЕРХ)	[г/л]	20.0 (17.0 - 23.0)	20.23
Значення рН	-	7.4 (6.8 - 7.8)	7.30
Осмоляльність	[мОсмоль/кг]	290 (250 - 350)	296
Кінетична в'язкість (25°C)	[мм <sup>2</sup> /с]	15.0 (7.5 - 22.5)	10,27
Хлориди (Cl <sup>-</sup> )	-	Наявні	відповідає
<b>Мікробіологічний аналіз</b>			
Тест на стерильність	-	стерильно	стерильно

Коментарі: -

Дата: 2024-07-29

Цей електронний документ дійсний без підпису.

Випущено:

Christoph Boselli

Голова контролю якості