



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02190 від 29 квітня 2024 р.

Назва медичного виробу: **Відріз марлевий медичний нестерильний 3 м*90 см**

Номер партії: 05

Термін придатності: Квітень 2030 р.

Дата виробництва (випуску) продукції: 25 квітня 2024 р.

Кількість продукції в серії: 2 409 шт

Аналіз виконано згідно: ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Результати аналізу:

| Найменування показників | Допустимі норми | Результати випробувань |
|---|--|------------------------|
| Розміри | Довжина, м 3,00 ± 0,10 | 2,95 |
| | Ширина, см 90 ± 4 | 91,2 |
| Опис | Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011 | Відповідає |
| Кількість оверлочних швів | В комплекті дозволяється один оверлочний шов | Відповідає |
| Кількість відрізів довжиною 3 м у комплекті | 1 шт. | Відповідає |
| Упаковані відрізи повинні мати розміри | Довжина, см 24 ± 5 | 21,5 |
| | Товщина, см 4,5 ± 1,5 | 4,1 |
| Маркування | Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011 | Відповідає |

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Дата 29.04.2024

Начальник ВКЯ

Штамп

Каллер І.В.



Іх. ам 2024 від 10.05.24