


Паспорт якості / Certificate of quality

Товар Commodity	Поглинаючі прокладки для грудей одноразові «Білосніжка» Breast pads disposable «Білосніжка»		Розмір Size	130 мм x 130 мм 130 mm x 130 mm	
Виробник The Manufacturer	Shanghai Follage Industry Co., Ltd № 2288, Baishi Road, Qingpu District, Shanghai City, P.R.China				
Уповноважений представник Authorized representative	Компанія ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" Адреса: Україна, 18018, м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 165А				
Партія № LOT №	1-24-080	Дата виробництва Date of manufacture	04.2024	Термін придатності Expiration date	04.2027
Випробування № Testing №	24-080UKR	Кількість Quantity	882 000 шт / pcs 29400 пачок/packings	Замовлення № Order №	1-24-080
Назва показника / Parameter	Од. вимір. / unit of measurement	Вимоги / Requirements			Висновок/ Result
Зовнішній вигляд індивідуальної упаковки / The appearance of an individual package		Індивідуальна упаковка повинна бути цілісною, без дірок, запаяна з усіх боків / Individual packaging must be intact, without holes, sealed on all sides			Відповідає/ Conform
Колір індивідуальної упаковки / Color individual		Білий / White			Відповідає/ Conform
Матеріал індивідуальної упаковки / Material individual package		Поліетилен/ PE			Відповідає/ Conform
Зовнішній вигляд продукту / Product appearance		Продукт повинен бути чистим, цілим, без залишків клею / The product should be clean, intact, with no glue residue			Відповідає/ Conform
Запах / Smell		Відсутній / No			Відповідає/ Conform
Утримуюча клейка стрічка / Keeping sticky tape		Так / Yes			Відповідає/ Conform
Загальний вага (без пакування) / Total weight (without p/e pouch)	г / g	3.9±0.2			Відповідає/ Conform
Вага целюлози + САП / Weight of cellulose +SAP	г / g	2.6±0.2			Відповідає/ Conform
Довжина / Length	мм / mm	130±5			Відповідає/ Conform
Ширини / Width	мм / mm	130±5			Відповідає/ Conform
Розмір поглинаючої поверхні (ширина x довжина) / Size of the absorbent surface (width x length)	мм / mm	115x110			Відповідає/ Conform
Поглинаюча здатність / Absorbency	мл / ml	≥140			Відповідає/ Conform
Кількість шарів / Quantity of layers	шт / pcs	7			Відповідає/ Conform

Conclusion: accord with the demands / Висновок: відповідає вимогам
Date / Дата: 12/07/2024

LABORATORY TECHNICIAN
Технік-лаборант


 18.10.2024

