

Сертифікат якості



UA.TR.098

Катетер для ін'єкцій «ВОЛЕС» типу "метелик" розмір 23G одноразового використання стерильний

Технічні характеристики	
Партія (LOT)	300624
Дата виробництва	2024-06
Термін придатності	2029-06
Матеріал голки	нержавіюча сталь
Розмір	23G (0,6x19мм)
Матеріал крилець	Полівінілхлорид синього кольору
Подовжуюча трубочка	Полівінілхлорид/300 мм
Силіконізоване покриття голки	Так
Лазерний зріз голки	V-образне заточування голки лазером
Колір крилець	синій (за міжнародним стандартом – в залежності від розміру голки ISO 6710)
Мікробіологічний статус	Стерилізація етиленоксидом
Тип кріплення до системи	Луер Лок/Луер Сліп
Маркування	Так: назва виробу, партія, дата виробництва, термін використання, трилисник, маркування стерильності
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання
Пакування	100 шт в картонному пакуванні/ 2000 шт в гофро ящику
Призначення	для внутрішньовенного вливання розчинів в малі вени

Виготовлено під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/EC

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.

Стерилізація відповідає стандарту ISO 11135.

Призначення, опис виробу, протипоказання по використанню та умови експлуатації зазначені в інструкції по використанню.



Виробник:

BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

No.14 Xingji Road, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China/Берпу Медікал Технолоджі Со., Лтд.,

№ 14 Хінджі Роуд Йонгхінг Стріт, Лонгван Дістрікт, 325000 Венчжоу,

Чжецзян Провінс, Китайська Народна Республіка

Генеральний директор

Mr. Zhang Hongjie

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»»

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор

Шульга О.Л.



№ 1492

26.11.2024

