

CERTIFICATE OF ANALYSIS
Certyfikat analizy

No. 34/22/DHR
Numer

Product Name/
Nazwa Produkta
Medlance Plus, safety lancet Universal, 21G
1.8mm

Catalog Number/
Numer Katalogowy
7742

Order Number/
Numer Zamowienia
Contract no. 07/06/TESHTL/ZS-2331/2021

Dispatch Number/
Numer Listy Wyjatkowej
710/2021

Lancet Drawing Revision/
Numer Rysunku
550.0200.4.0 R2g

Lot Number/
Nr Serii
B29E918N6

Date Of Production/
Data Produkcji
2021-12-19 ÷ 2021-12-27

Lot Quantity/
Ilosc
240 boxes

Complete Needle Lot Number/
Nr Serii igly kompletnej
29E921

Sterilization Certificate No./ Numer
250.256

Sterilization Date/
Data sterylizacji
2021-12-16

Expiry Date/
Data Waznosci
2026 - 12 - 01

Sterilization Method/
Metoda Sterylizacji
Gamma Irradiation Co-60
Min 17,5 kGy - Max 40,0 kGy

This document is to confirm that the product was tested for compliance with Product Specification ZN-2005/HTL-553-556.01 revision 18 by Quality Control and meets the relevant requirements

Niniejszy dokument potwierdza, że wyrób został sprawdzony na zgodność z wymaganiami Specyfikacji Produktowej ZN-2005/HTL-553-556.01. wydanie 18 przez Kontrolę Jakości i spełnia stosowne wymagania tej specyfikacji

Date Of Preparing Certificate/ Data Sporządzenia Certyfikatu
2022-01-26

Signature/ Podpis

Decision/ Decyzja

ACCEPTED

Specjalista ds. Jakości - Historia Wyników
Quality Specialist - DHR
Krzysztof Płatek
Pełnomocnik



Назва	Медланс Плюс, Універсальний, 200 шт
Каталожний номер	7742
Креслення ланцету	550.0200.4.0 R2g
Номер партії	B29E918N6
Дата виробництва	19.12.2021 – 27.12.2021
Термін придатності	01.12.2026
Метод стерилізації	Гамма радіація Co-60 Мін 17.5 кГу – Max 40.0 кГу

Врач П.О.Б.Г. 06.04.05.18.06.07