



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНГИГ"

www.sangig.com.ua, 61099, м. Харків, вул Рибалка, буд. 47-Б, кв 6
Код ЄДРПОУ 40941033; ІПН 409410320378
Рахунок №26003634534700 в АТ«УкрСиббанк», м.Київ; МФО 351005.

Паспорт якості:

Маски медичні одноразові нестерильні



Маски медичні одноразові нестерильні відносяться до медичних виробів одноразового призначення, I клас (нестерильні, без функції вимірювання) відповідають вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753. (процедура оцінки відповідності згідно Додатку 8)

Декларація відповідності №М-1 від 07.07.2020

Номер в реєстрі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – 7675

Виробник:	ТОВ «САНГИГ»
Дата виробництва:	2022-01
Серія	ВО 2201
Термін придатності:	2027-01
Колір:	Блакитний
Кількість шарів:	3 шари Фільтрувальний шар – мейтблаун, щільність 25 г/м ² , білого кольору Внутрішній шар – спанбонд, щільність 20 г/м ² , білого кольору Зовнішній шар - спанбонд, щільність 20 г/м ² , блакитного кольору
Фіксатор:	Металевий, 90 мм ± 3 мм
Вушні петлі:	Спандекс - 170 мм ± 10 мм (в нерозтягнутому стані)
Ефективність бактеріальної фільтрації (%):	≥95%
Перепад тиску (Па)	<29,4 Па
Розмір маски:	175*95 мм
Упаковка:	50 шт в картонній упаковці 20 упаковок в картонному коробі
Стандарти:	ДСТУ EN ISO 15223-1:2018; ДСТУ EN 14683:2014 ДСТУ EN 1041:2015 (EN 1041:2008+A1:2013, IDT) ДСТУ EN ISO 10993-1:2015; ДСТУ EN ISO 10993-5:2015; ДСТУ EN ISO 10993-10:2009; ДСТУ EN 14683:2014 ТУ У 13.9-40941033-002:2020

Директор
25.01.2022



Захарченко С.П.

вх. акт №0632 від 17.04.23