



**ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія
«Марля Клуб Калита»**

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,
вул. Центральна, буд. 17, Україна
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

Паспорт

Серветка марлева медична стерильна тип 17

К-сть шарів: 4 шари

Розмір 16 см x14 см №5

Код партії/Lot: 007. 2024.11.07

Дата виготовлення: 2024.11.07
рік/місяць/число

Кількість продукції у партії 3960шт.

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

Результати випробувань

Найменування випробувань	Норма	Результат
Матеріал	Марля медична відбілена згідно з ДСТУ EN14079:2009	Відповідає
Тип марлі	17	Відповідає
К-сть ниток		
По основі	100+/-5	95
По утоку	70+/-5	65
Поверхнева густина, не менше	23,0	23,5
Довжина	16см±1,0см	15,95см
Ширина	14,0см±1,0 см	13,95 см
Ступінь білизни*	Не менше 80%	Відповідає*
Капілярність*	Не менше 7,0 см	Відповідає*
Розривне навантаження не менше:		
По основі	50	Відповідає*
По утоку	30	
Упаковка маркування	За ТУ У 21.2-33156937-001:2015	Відповідає*

*- за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015

Термін придатності до: 2029.11.
рік/місяць

Місце печатки:

15.11.2020

Начальник ВТК: Кузьменко І.

