

Сертифікат якості та  
Декларація відповідності

СЯ/ДВ\_300885

Версія: 3/2019-12-17

Затверджено: Керстін Фьюрст Лагн

Посилання Марія Літорін Кьєлгрен	Продукт Нормарин Аллерджи	Серія № 20017712
Кількість продуктів 25416 флакони = 1059 коробки	Строк придатності 2023-01	Артикул № 300 885

Показник	Метод	Специфікація	Результат
Вміст NaCl	СРП 10102	1,9 - 2,1% м/м	2,0 %
Без врахування вмісту	СРП 10057	150 ± 2 г	Відповідає
Тиск	СРП 10055	6,5 Ваг ± 0,5	6,4 Ваг
Маса випорожнення	СРП 10056	Не менше 146 г	147 г
pH	СРП 10095	6,0 – 8,0	6,5
Зовнішній вигляд	візуальний	рідина не містить сторонніх частинок, прозора	Відповідає
Колір	візуальний	Безбарений до блідо-жовтого	Відповідає
Мікробіологічні результати	ІСО 11137	Стерильний	Відповідає

Дата виробництва 2020-01-15	Дата опромінення 2020-01-27	Замовник Айкор ЛЛП
Дата наповнення 2020-01-15/2020-01-16	Дата аналізу 2020-01-15	

**Декларація відповідності**

Аурена Лабораторіс ЕйБі засвідчує що Нормарин Аллерджи 150 мл, 300 885 відповідає положенням Директиви Ради ЄС 93/42/ЄЕС (Директива медичних виробів) через виконання шведського законодавства LVFS 2003:11, додаток II зі змінами в LVFS 2009:18.

Вх ам № 2225 от 15.07.20

Сертифікат якості та

СЯ/ДВ\_300885

Декларація відповідності


Версія: 3/2019-12-17

Затверджено: Керстін Фьюрст Лагн

Версія історії

Версія	Зміни	Змінено/дата
2	Затверджено 2019-01-02	2019-01-02/KFL
2	СС 2019-072 Склад продукту доступний як додаток до специфікації товару. Формула 100112, рН: 6,0 – 7,0 Колір: Безбарвний до блідо-жовтого Специфікація продукту 300 885 версія 3.0, (СС 2019-126)	2019-12-17/KFL

Перевод сделал ТОВ «АЙКОР КОНСЬЮМЕР»



О.С.Овчинникова