



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м. Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02251 від 30 квітня 2024 р.

Назва медичного виробу: **Відріз марлевий медичний нестерильний 1 м*90 см**

Номер партії: 06
Термін придатності: Квітень 2030 р.
Дата виробництва (випуску) продукції: 27 квітня 2024 р.

Кількість продукції в серії: 1 509 шт
Аналіз виконано згідно: ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Розміри	Довжина, м $1,00 \pm 0,03$	1,01
	Ширина, см 90 ± 4	91
Опис	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає
Кількість оверлочних швів	В комплекті дозволяється один оверлочний шов	Відповідає
Кількість відрізів довжиною 1 м у комплекті	1 шт.	Відповідає
Упаковані відрізи повинні мати розміри	Довжина, см 24 ± 5	21
	Товщина, см $3,0 \pm 1,5$	3,6
Маркування	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Дата 30.04.2024

Начальник ВКЯ
Штамп

Каллер І.В.



Жен. 1076

Від 100524

