

18

**JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.**  
**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»**

Name of Sample Назва	Tape polymer "H Dr. House" Пластик медичний на полімерній основі "H Dr. House"	Specification Розмір	<u>1,25cm×500cm</u> , <u>2,5cm×500cm</u>
Order No./ Заказ №	LXC21101146	Lot No./ Партія №	21101146
Quantity Кількість	25 200 Rolls 25 200 шт.	Test Date Дата перевірки	2022.02.23
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153029	Date of report Дата звіту	2022.02.23
Дата виготовлення	2022.01	Термін придатності	2026.12

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Результат перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
2.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	The tape Should be clean, the back does not leak plastic, should be homogeneous, smooth, no stains, no holes, there is no point degumming Стрічка має бути чистою, зворотня сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обклеювання	---	OK Відповідає	
2.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	cm	≥495.0	501.2	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	1.25/2.5±0.05	1.25/2.50	OK Відповідає
2.3	Glue content Вміст клею	g/m <sup>2</sup>	≥20 g/m <sup>2</sup>	36	OK Відповідає	
2.4.1	Peel off strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.5	OK Відповідає	
2.4.2	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5mm	0	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformance with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20153029/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153029

Інспектор(Inspektor): \_\_\_\_\_ Ревізор(Review): \_\_\_\_\_

Затверджувач(Approver): \_\_\_\_\_



bx. a4 0010

big 20.02.2023

bx. a4 0035

big 20.02.2023

Per