



YueQing ZH Medical Products Co., Ltd.

<http://www.ZHMedical.Com> info@ZHMedical.com

Address of office: № 78, DanXian Road, Yueqing County, Zhejiang Province, China 325600

Address of factory: Shahu industrial park, Liushi, Yueqing, Zhejiang Province, China 325600

Tel. 0086-577-62524555 62555633 61526887

Fax. 0086-577-62524999

## СЕРТИФИКАТ ЯКОСТІ

Наименование продукта : Перфорированный перцевый пластырь «ЛЕОСАН»

Розмір : 12 см x 18 см

Серія : 201812010

Дата виготовлення : 2018.12

Термін придатності : 2023.12

Тип клейкого слоя : на основі оксиду цинку

Матеріал : 100% бавовняна тканина тілесного кольору

Ми підтверджуємо, що вищевказаний продукт протестований, проінспектовано і відповідає своїм характеристикам. Результати проведених аналізів наступні:

<u>Найменування дослідження</u>	<u>Вимірювання</u>	<u>Одиниця</u>	<u>Характеристики</u>	<u>Метод</u>
Вага клейкого слою	98	г/м <sup>2</sup>	115	CS 3957
Вага основи	120	г/м <sup>2</sup>	110	CS 3957
Діаметр отворів	5	мм	3 – 5	CS 3957
Співвідношення поверхні з отворами до суцільної поверхні	5,1	%	макс.14	CS 3957
Розтягування	6,5	Кгф/см	мін.5	CS 3957
Кількість Capsicum (стручкового перцю)	1,3	%	мін.1	CS 3957
Проникність водяної пари через клейкий шар	2605	г/м <sup>2</sup>	мін.500	CS 3957
Кількість ZnO	23	%	мін.10	CS 3957

Кількість в упаковці : 50 шт.

Кількість у коробі : 40 упаковок

\*\*Хранить в сухом и прохладном месте

Лиу Пинг

R&D и администрация контроля качества

Дата: 01.12.2018 р.

Др. ан. в РНН від Н.О.Г. Кодо