


## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Скарифikator "MEDICARE"  
Виробник: ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях: "Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd"  
Номер партії: 23462  
Дата виготовлення: 2023.12  
Термін придатності: 2028.12

№	Параметр, що підлягає перевірці	Технічні вимоги	Результат тесту
1	Матеріал	Нержавіюча сталь 1Cr17	Відповідає вимогам
2	Твердість	$\geq 280 \text{ HV}^{03}$	Відповідає вимогам
3	Гострота	$\leq 0,8 \text{ N}$	Відповідає вимогам
4	Нерівність	$\leq 0,8 \mu\text{m}$	Відповідає вимогам
5	Поверхня	Повинна бути гладенькою, без плям та дефектів	Відповідає вимогам
6	Довжина:	$40 \pm 1,5 \text{ mm}$	Відповідає вимогам

**Висновок:** медичний виріб відповідає вимогам специфікації  
Номер технічного файлу та декларації відповідності  
СУЯ відповідає міжнародному стандарту  
СУЯ відповідає стандарту України

№ 3-С  
ISO 13485:2016  
ДСТУ EN ISO13485:2018

Менеджер систем якості  Ольга ДОРОГУНЦОВА  
Дата видачі сертифікату: 12.03.2024



Вх. ак. № 1054  
04.04.24