

18N1

48



ОНІКО®

Приватне підприємство
«ФІРМА «ОНІКО»



ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 211201-2

Плівки універсальні радіографічні медичні ОНІКО РП-У



UA.TR.098

Партія № 211201
Дата пакування 2021-12-10
Кількість плівки 50

№ з/п	Технічні характеристики	Показники	
		Ручна обробка	Машинна обробка
1	Чутливість, p^{-1}	1000	1500
2	Щільність вуалі $D_{0,01}$	не більше 0,12 (наприкінці терміну придатності – не більше 0,3)	
3	Вміст срібла, г/кв.м, не менше	2,7	

Примітка: При експлуатації необхідне застосування неактивного освітлення червоного кольору з довжиною хвилі не менше 650 нм.

Термін зберігання 24 місяці з дати пакування

Директор підприємства

Шубенок А.Г.

64 2410624
351111