

29



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 115/0324

Пластик косметичний В-Health™ 6 см (см) x 10 см (см)
від мозолів, бородавок, натоптишів

Серія № 1480324

Дата виготовлення: 03. 2024

Термін придатності: 03. 2029

Кількість продукції в серії: 2 406 уп.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 602-123-20-1/15338 від 18.05.2017р.

Аналіз виконано за ТУ У 21.2-39289080-004:2017

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п. 3.2.2.2	Косметичний пластик тілесного кольору на тканинній основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень	Відповідає
Токсиколого-гігієнічні показники	Не ≥ 4 балів (ДСанПіН №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми»)	1 бал*	Відповідає
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ГАМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^3$	Менше 10^{**}	Відповідає
	Staphylococcus aureus, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Escherichia Coli, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Pseudomonas aeruginosa, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 10 см Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.1	10,00 см	Відповідає
	Ширина – 6 см Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.1	6,00 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, 23 г/м ² Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	148,0 г/м ^{2***}	Відповідає
	Густина основи, 50 г/м ² Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	168,0 г/м ^{2***}	Відповідає
Комплектність, маркування, пакування	Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.4;3.5	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам.	Відповідає

* Випробування проведено Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України.

** Випробування проведено Державним підприємством «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Висновок: Пластик косметичний В-Health™ 6см (см) x 10 см (см) від мозолів, бородавок, натоптишів, серії 1480324, дата виготовлення: 03.2024, відповідає вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°С до плюс 35°С.

Заступник директора з виробництва
08.03.2024р.

Зименко О.В.



Рух. ак. 12824 від 28.03.24