



АТ «ЛУБНИФАРМ»
 УКРАЇНА, 37500, м.Лубни, вул. Баранкова, 16
 тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31



Сертифікат якості № 977

Сертифікат відповідності № UA.MD.331-21 від 14.01.2022 р. до 09.02.2026 р.

**БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
 СТЕРИЛЬНІ (5м x 10см)**
 (тип марлі 17)


Номер партії 9-2022

Кількість продукції в партії 10,015 т. шт.

Дата виробництва 08.08.2022 р.

Виготовлення проведено згідно ТУ У 21.2-00480951-007:2018

№ л/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів:		
	довжина	5,0 ± 0,2 м	4,85 см
	ширина	10,0 ± 0,5 см	9,7 см
2.	Товщина бинтів	Не більше 30 мм	19 мм
3.	Круглої форми	Не менше 6,5 см	6,7 см
4.	Капілярність	Не менше 7 кгс	7,4 кгс
5.	Розривне навантаження	Мас бути стерильним	Стерильний
6.	Стерильність	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-007:2018	Відповідає
7.	Пакування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-007:2018	Відповідає
8.	Маркування	5 років	2027-08
	Гарантійний термін зберігання	У сухому місці	



Шепельчук С.В.
 /підпис/

Стерилізацію продукції проведено успішно

Дата стерилізації: 08.08.2022 р.

Висновок: Партія 9-2022 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-007:2018



Дата оформлення сертифікату 10.08.2022 р.

Шепельчук С.В.
 /підпис/

Шепельчук С.В.
 /підпис/

ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 УДОВОЖЕНА ОСОБА
Шуль М.Г. 10.08.2022.

22
 Вр. а.и. 5-1126
 23.07.24