

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование продукта: Перчатки хирургические латексные припудренные одноразовые (размер 8,0)
1314125

Стандарты: Вся продукция протестирована согласно стандартам ISO 10282, EN 455, часть 1, часть 2 и часть 3, отбор испытательных образцов проводится согласно MIL-STD 105E / ISO 2859-1

Размер	Кол-во (шт.)	№ лота	Дата произ-ва	Голен до	Дата акта контроля:
8,0	24800	203040462SPZA	04.2017	03.2022	14.06.2017

Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
Водонепроницаемость	G1, AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 1.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 2.5	соответствует

Размеры

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	270 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	102±6 мм	соответствует
Толщина одной стенки манжеты	S2, AQL 4.0	0,10мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони	S2, AQL 4.0	0,10мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев	S2, AQL 4.0	0,13 мм	соответствует

Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
До ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует
Растяжение		Мин. 600%	соответствует
После ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует
Растяжение	S2, AQL 4.0	Мин. 500%	соответствует



Во. акт. в 1475 от 10.06.17

Количество порошка

Требование: не более 10 мг/ дм².

Результат: соответствует

Вывод: Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требуемым стандартам.

Vogt Medical Vertrieb GmbH 03.07.2017, Карлсруэ

VOGT MEDICAL
VERTRIEB GMBH
Ruppurrer Straße 1 A, Haus B
76137 Karlsruhe
Tel: 07 21 / 98 93 50 Fax: 07 21 / 98 93 51