

86

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD. CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Dressing non-woven sterile Пов'язка клейка стерильна на нетканій основі	Specification Розмір	6 cm (cm) × 8 cm (cm), 10 cm (cm) × 10 cm (cm), 10 cm (cm) × 15 cm (cm), 10 cm (cm) × 20 cm (cm), 10 cm (cm) × 25 cm (cm)
Order No./ Заказ №	LXC23040352	Lot No./ Партія №	23040352
Quantity Кількість	259 000 pcs 259 000 шт.	Test Date Дата перевірки	2023.05.12
Sterile no:	20220521-5-1, 20220522-5-2, 20220522-5-1	Date of report Дата звіту	2023.05.12
Дата виготовлення	2023.05	Термін придатності	2028.04

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Od. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	80.0/100.0/150.0/200.0/ 250.0±3.0	80.0/100.0/150.0/ 200.0/250.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	60.0/100.0±3.0	60.0/100.0	OK Відповідає
4.3	Absorber rate Показник абсорбції	--	>pad weight × 6 >Вага подушки × 6	15	OK Відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.8	OK Відповідає	

Sterilization date: 2022.05.21, 2022.05.22, sterile no: 20220521-5-1, 20220522-5-2, 20220522-5-1

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20152641305/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20152641305

Інспектор(Inspektor): _____ Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____



Вх.ан. 50182
03.05.24