

Паспорт якості № 12/0724-23 від 05.09.2024

Назва продукції: **Спрей назальний : "СИНУС ЛІФТ АКТИВ СПРЕЙ"**

Номер партії: 967

Кількість: 3668

Дата виготовлення: 7/2024

Термін дії: 7/2026

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Гелеобразна маса без сторонніх включень. Допускається слабо виражена зерниста текстура.	Відповідає
Колір	В залежності від використаної сировини	Світло-жовтий
Запах	Специфічний, притаманний запаху використаної сировини	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	5.0 - 8.0	7,2
Об'єм, мл	10,0 ± 9 %	10,0
МАФАМ (загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів), КУО в 1,0 г	100	<10
Наявність бактерій родини Enterobacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	Відповідає
Дріжджоподібні гриби, КУО в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Маркування	Відповідність вимогам ТФ № UA.TR.753.MD.32644872/SL-001	Відповідає
Пакування	Відповідність вимогам ТФ № UA.TR.753.MD.32644872/SL-001	Відповідає

Висновок: виріб відповідає вимогам ТФ №UA.TR.753.MD.32644872/SL-001

Начальник лабораторії

Утман


І.О. Дігтяр

Умови зберігання : вироби зберігають у пакуванні виробника, в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.

Dr. S. S. S.

28.09.2024

Головний технолог



Н.С. Нікітенко