

# Сертифікат якості

Тест-смужки для визначення глюкози в крові **Sensolite Nova Test №25**

Каталожний номер: **SNT-9920-1**  
 Партия: **WU30EJ66C**  
 Термін придатності : **2025-07-25**  
 Код: **A6A**

## Тест 1 вимірювання капілярною кров'ю

Крива (нахил) лінії стандартного значення	0,9346
Перетинання з вісю Y мг/дл	6,67
Коефіцієнт кореляції отриманих значень з лінією стандартного значення(R)	0,9946
Syx (мг/дл) Відхилення між отриманими значеннями і стандартним значенням	6,86

## Тест 2 вимірювання контрольним розчином

Контрольний розчин	Цільовий діапазон мг/дл	Середнє значення мг/дл	Стандартна похибка %
Рівень 1	96-160	120,36	2,88
Рівень 2	203-338	253,75	2,56

Тестування проводилось на глюкометрсах Sensolite Nova.

### Результати:

Дана партія відповідає вимогам контролю якості та дозволена до продажу.

Будапешт

Дата 27.10.2023 р.

Печатка та підпис відповідальної особи

# Quality Control Batch Release Certificate



Name of Product:	Sensolite Nova Test
Cat. No.:	SNT-9920-1
Lot No.:	WU30EJ66C
Code:	A6A
Expiry date:	25-July-2025
Shipping Quantity:	1800
Order No.:	PO2301898
Date of Delivery:	30-October-2023
Place of Delivery:	EXW Budapest

## Test 1 Measurement with capillary blood

Slope:	0.9346
y Intercept [mg/dl]:	6.67
R:	0.9946
Syx [mg/dl]:	6.86

## Test 2 Measurement with control solutions

Control Solution	Target range [mg/dl]	Measured average [mg/dl]	Standard deviation [mg/dl]	CV (%)
Level 1	96 - 160	120.36	3.62	2.88
Level 2	203 - 338	253.75	6.82	2.56

The measurements were carried out by Sensolite Nova Home Blood Glucose Meters.

### RESULTS

Lot meets the quality control specifications and is released for sale.

Date: Budapest, 27-October-2023

Version: v5

Released by:

Head of Reagent Quality Control

77 Elektronika Műszeripari Kft.  
 H-1116 Budapest,  
 February 14 98,  
 23.



*Вх. ан. № 1170 від 16.11.23*