

Логотип компанії

Чжецзян Орієнт Джен Біотеч Ко., Лтд.

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Назва продукту: ТестіДуо Експрес-тест для виявлення антигенів вірусів грипу А/В та коронавірусу (COVID-19)

Номер за каталогом: GCFC-T507a  
 Номер замовлення: 2024-I380#  
 Серія №: 2408042  
 Кількість: 25000 шт.  
 Дата виробництва: 2024-08-21  
 Прид. до: 2026-08-20

Назва випробування	Критерії прийнятності	Результат випробування	Висновок
Негерметичність упаковки	Герметична	Герметична	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає
Негативний контроль (N1-N5)	Тестова лінія (Т) має бути негативною протягом 20 хв	Негативний	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає
Контроль буферного розчину	Контрольна лінія (С) має бути проявитися протягом 3 хв (фіксується час та прояв лінії С), та має бути стабільною протягом 15 хв. Тестова лінія (Т) має бути негативною протягом 20 хв.	Негативний	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає
Клінічні зразки	Тестова лінія (Т) має бути негативною протягом 20 хв	Негативний	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає
Позитивний контроль Р-Н	Тестова лінія (Т) має бути позитивною протягом 15 хв	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає
Позитивний контроль Р-М	Тестова лінія (Т) має бути позитивною протягом 15 хв	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає
Позитивний контроль Р-L	Тестова лінія (Т) має бути позитивною протягом 15 хв	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає
Контроль однорідності Р-J	Тестова лінія (Т) має бути позитивною протягом 15 хв та різниця кольору має бути в межах 1 градієнту.	Позитивний	<input checked="" type="checkbox"/> Відповідає <input type="checkbox"/> Не відповідає

Висновок:  Відповідає: усі результати відповідають стандарту  
 Не відповідає

Печатка: Чжецзян Орієнт Джен Біотеч Ко., Лтд.

Аналіз проведено: Підпис  
Дата: 2024-08-23

Керівник відділу контролю якості: Підпис  
Дата: 2024-08-23



КОПІЯ ВІРНА

Вх. ам. б 0147  
09.09.24