

Сертифікат аналізу

Продукція: презервативи Ribbed (використовуємо SICO Ribbed ребристі), протестовані

Серія №: 1771RF2050

Дата виробництва 01.12.2020

Специфікація: Специфікація компанії, методи згідно EN ISO 4074

Контрольні дослідження	Показники	Вимоги	Результат
Довжина	Мм	Мін. 180	185
Ширина	мм	50-54	52
Об'єм при розриві (AQL:1.5)	л	Мін. 18	52.6
Межа міцності при розриві (AQL:1.5)	кПа	Мін. 1.0	1.97
Товщина стінки	мм	0.06-0.07	0.068
Відсутність розривів (AQL:0.25)		Макс. 2/315	0/315
Візуальні дефекти (AQL:0.4)		Макс. 3/315	0/315

Підпис
Сгд. Бодемесер
Менеджер з контролю

Контрольний номер 2050/20



66242017
170121