



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 351/0824

**Пластир першої медичної допомоги Пластир'ОК
на нетканій основі**
10 пластирів 19 mm (мм) x 72 mm (мм)

Серія № 360224

Дата виготовлення: 02. 2024

Термін придатності: 02. 2029

Кількість продукції в серії: 12 008 уп.

Декларація про відповідність №07-2017 від 17.10.2022р.

Аналіз виконано за ТФ КМВК-ТФ-001

Найменування показників	Вимоги ТФ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Пластирі повинні бути намотані на втулку рівномірно, щільно, без перекосів. Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.1	Пластир на нетканій основі, тілесного кольору, форма випуску стріп, без зморшок, забруднення, сторонніх включень.	Відповідає
Виконання	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.2	Відповідають вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4;Таблиця 1	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 72мм ±5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	72мм	Відповідає
	Ширина – 19мм ± 5мм Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.3	19мм	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	33,0 г/м ²	Відповідає
	Густина основи, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	56,0 г/м ²	Відповідає
	Густина подушечки, г/м ² Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.5	87,0 г/м ²	Відповідає
Комплектності, маркування	Згідно вимогам КМВК-ТФ-001 Б.4.5.8	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам	Відповідає

Висновок: Пластир першої медичної допомоги Пластир'ОК 19 mm (мм) x 72 mm (мм) на нетканій основі, серії 360224, дата виготовлення: 02.2024, відповідає вимогам ТФ КМВК-ТФ-001 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва
04.06.2024 р.

Зименко О.В.

Doc au n 1188 Vip 18 06 24