

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналіза на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Fabric strips "H Dr. House" Пластир медичний тканий "H Dr. House"	Specification Розмір	7,2cm×2,5cm
Order No./ Заказ №	LXC21101146	Lot No./ Партия №	21101146
Quantity Кількість	1 200 000 pcs 1 200 000 шт.	Test Date Дата перевірки	2022.02.22
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20152141305	Date of report Дата звіту	2022.03.01
Дата виготовлення	2022.01	Термін придатності	2026.12

Check result/Результат перевірки


Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
2.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластир має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки	---	OK Відповідає	
2.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	72.0±3.0	72.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	25.0±3.0	25.0	OK Відповідає
2.3	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5	0	OK Відповідає	
2.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	2.5	OK Відповідає	
2.5	Liquid absorption Поглинання рідини	g/100cm ²	≥5	11	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipmen 20152641305/Висновки перевірки продукту відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipmen 20152641305

Інспектор(Inspektor): _____

Рецензен(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____



Вхачи 1040 бб 240622