


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Бинт марлевий медичний стерильний "MEDICARE" 7м x 14см, тип 17
Розмір: 7м x 14см
Виробник: ТОВ «Допомога-І», м. Яготин, вул. Шевченка 13, Київська обл., 07700, Україна
Номер партії: 0723 1
Дата виготовлення: 2023-07
Термін придатності: 2028-07

Найменування показників	Вимоги	Результати тестування	Результати перевірки
Довжина виробу, м	7,0 ± 0,3	6,9	Відповідає вимогам
Ширина виробу, см	14,0 ± 1,0	13,7	Відповідає вимогам
Товщина, мм	не більше 25	24	Відповідає вимогам
Розривне навантаження, Н	не менше 50	62,38	Відповідає вимогам
Мінімальна поверхнева густина, г/м ²	не менше 23	26,1	Відповідає вимогам
Кількість ниток по основі на 100 мм	100±5	100	Відповідає вимогам
Кількість ниток по утку на 100 мм	70±5	67	Відповідає вимогам
Матеріал	100% бавовна	100% бавовна	Відповідає вимогам
Капілярність, см/год	не менше 6,5	6,8	Відповідає вимогам
Білизна, %	не менше 75	80,68	Відповідає вимогам
Час занурення, с	не більше 10	6	Відповідає вимогам
Стерильність	Виріб має бути стерильним	стерильний	Відповідає вимогам

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам специфікації
Номер технічного файлу та декларації відповідності
СУЯ відповідає міжнародному стандарту
СУЯ відповідає стандарту України

9-Д
ISO 13485:2016
ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості  О. В. Дорогунцова
Дата видачі сертифікату: 14.08.2023



Відомо, що 15.08.2023 22.09.2023 