

28

ТОВ "Красота та Здоров'я",
Україна, 61001, м. Харків, вул. Сомівська 12-Б,
тел.: (057) 761-26-03, lab@zik.biz.ua, код 36226540
Адреса виробництва: Україна, 62418, обл. Харківська, смт Пісочин вул. Зелена 5.

Лабораторія відділу технічного контролю
Акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012:2005
ДП «Харківстандартметрологія»
Свідоцтво акредитації зареєстрований у Реєстрі 20 серпня 2021 року № 01-0090/202
СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ від «14» лютого 2023 р

Найменування продукції **Виріб медичний для ректального застосування**

Рідкі свічки «ПРОНОСНІ»

Кількість одиниць в партії:

500 упаковок

Номер партії (серія):

001

Дата виготовлення

0223

Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення

Придатний до :

0225

Упаковка:

у пацці 1 мікроклізма об'ємом 9,0 мл (ml)

Виготовлено згідно:

Декларації про відповідність №1

(версія 2) від 15.11.2022 р.

Номер у реєстрі Держлікслужби-2838.

Умови зберігання:

Зберігати в захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 5 °С до 25 °С, в недоступному для дітей місці

№ п/п	Найменування показника	Вимоги нормативної документації	Результат аналізу
1	Зовнішній вигляд	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	Безбарвна прозора, в'язка, гігроскопічна, рухома рідина.
2	Колір	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	Прозорий
3	Запах	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	Специфічний, слабкий, властивий використаній сировині
4	Водневий показник, од. рН.	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 5,0 – 8,5	відповідає
5	Об'єм наповнення (мл) і відхилення від середньої маси %	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002 9,0±5	відповідає
6	Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів	100 UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	відповідає
7	Дріжджі та плісняві гриби	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	відповідає
8	Бактерії сімейства Ent (Enterobacteriaceae), Sa (Staphylococcus aureus), Ps (Pseudomonas aeruginosa)	Не дозв. UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	відповідає
9	Індекс шкірно-подразнюючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	відповідає
10	Індекс сенсibiliзуючої дії	0 балів UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	відповідає
11	Маркування	UA.TR.753.MD.36226540/RS-002	відповідає

Висновок: Відповідає вимогам по наведеним показникам
UA.TR.753.MD.36226540/RS-002

Завідувач
лабораторії відділу технічного контролю



Васильєва В.В.

Вх. ам 0285

Віг 21.03.2023

Служ