

ТОВ «ТЕСПРО»

Україна, 03191 м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, н.п.1,2
Тел.: (044) 303-98-88

Сертифікат якості № 78

Тест-смужка для визначення вагітності "BONA"®

Партія: 78
Використати до: 2025-03
Нормативний документ: ТУ У 24.4-30675516-001:2010

	Назва показника	Характеристика і норма	Результати аналізу
1	Технічні характеристики		
	Чутливість		Відповідає
2	Показники правильності визначення		
	Позитивний контроль	Поява двох ліній рожево-червоного кольору в тестовій зоні	Відповідає
	Негативний контроль	Поява однієї лінії рожево-червоного кольору в тестовій зоні	Відповідає
	Час виходу смужки на візуально визначене забарвлення, хв. не більше	5 (поява двох ліній рожево-червоного кольору в тестовій зоні)	Відповідає

Висновок:

Відповідає ТУ У 24.4-30675516-001:2010

Дата:

18 квітня 2023 р.

Завідувач виробництвом
ТОВ «ТЕСПРО»

Прокопчук Н.А.



Вх.анн В1005 270428