

2

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|------------|
| Name of Sample Назва | Capasicum plaster "H Dr. House" Перцевий пластир перфорований "H Dr. House" | Specification Розмір | 10cm×18cm |
| Order No./ Заказ № | LXC22101109 | Lot No./ Партія № | 22101109 |
| Quantity Кількість | 120 000 pcs 120 000 шт. | Test Date Дата перевірки | 2022.12.28 |
| Check Standard Стандарт перевірки | SOP-QP025-629 | Date of report Дата звіту | 2022.12.28 |
| Дата виготовлення | 2022.12 | Термін придатності | 2027.11 |

Check result/Результат перевірки

| Item Tested Назва | Technical Requirement Технічні вимоги | Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній) |
|--|---|--|
| Appearance Зовнішній вигляд | Light brown or brown color plaster Світло коричневий або коричневий пластир | Complies Відповідає вимогам |
| Components Склад | Екстракт перцю 2%, витяжка з перцю 11%, ментол 1,1%, камфора 5,5% | Complies Відповідає вимогам |
| Content of paste Вміст пасти | $\geq 1/15g/100cm^2$ | 1.28 |
| Peel strength Міцність на відрив | $\geq 1.0N/cm$ | 2.2 |
| Cold-resistant test Холодовий тест | Should meet requirements Має відповідати | Complies Відповідає вимогам |
| Heat-resistant Тест нагрівання | Should meet requirements Має відповідати | Complies Відповідає вимогам |
| Test Conclusion: The above produkt complies with the requirements of standart SOP-QP025-629/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту SOP-QP025-629 | | |

Інспектор(Inspektor): _____



Затверджувач(Approver): _____

Вказані 088705 27.12.22