

BIOfaktor	СВРК № 891/24/G		Сертифікат на аналіз готового продукту	
	ПАЛОТИМ			
SPG №	003/WM/6	Партія №:	010524	
				Сторінка 1/1

Дата випуску:	05.06.2024		
Підтвердження відповідності:			
Дата виробництва:	05.2024	Термін придатності:	05.2026
Розмір партії:	32,00 кг	Кількість упаковок:	1 786 шт.
Хімічний звіт РВРК	891/24/G; 748/24/G		
Мікробіологічний звіт РВРК	891/24/M		
Мікробіологічний сертифікат САРК	-		

№	Показник	Допустимі межі	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Білі або злегка кремові, овальні глобули	Відповідає
2.	Вміст блістерів у картонній упаковці	1 або 2	2
3.	Наявність інструкції по застосуванню	Наявна	Наявна
4.	Герметичність блістеру	Блістер герметичний	Відповідає
5.	Середня маса глобули (г)	1,60 ± 5,0 % (1,52 ÷ 1,68)	1,58
6.	Аналіз гіалуронової кислоти (% від значення, зазначеного на етикетці)	≥ 80,0	93,2
7.	Ідентифікація гіалуронової кислоти (ВЕРХ)	Підтверджено	Підтверджено
8.	Аналіз молочної кислоти (% від значення, зазначеного на етикетці)	≥ 80,0	88,0
9.	Ідентифікація молочної кислоти (ВЕРХ)	Підтверджено	Підтверджено
10.	Час розпадання (хв)	≤ 30	< 11
11.	Час деформації (хв)	≤ 60	< 11
12.	Мікробіологічна чистота	ТАМС ≤ 10 ² КУО/г, ТУМС ≤ 10 ¹ КУО/г. Не допускається наявність <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> та <i>Candida albicans</i> в 1 г.	Відповідає

Були / не були* результати випробувань, що вийшли за межі специфікацій (OOS) №	Дата та підпис
Були / не були* відхилення №	
Продукція відповідає / не відповідає вимогам специфікації	

*непотрібно викреслити

А. С. М. С. С.
М. С. М. С.

