



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

103676

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

| Назва продукції | Виконання |
|---|--|
| Пояс зігріваючий еластичний, ТМ "Білосніжка" | розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см) |
| | розмір №2 (Окружність талії від 68 до 75 см Окружність стегон від 96 до 101 см) |
| | розмір №3 (Окружність талії від 76 до 81 см Окружність стегон від 102 до 107 см) |
| | розмір №4 (Окружність талії від 82 до 87 см Окружність стегон від 108 до 113 см) ✓ |
| | розмір №5 (Окружність талії від 88 до 98 см Окружність стегон від 114 до 119 см) |
| | розмір №6 (Окружність талії від 99 до 109 см Окружність стегон від 120 до 128 см) |
| | розмір №7 (Окружність талії від 110 до 120 см Окружність стегон від 129 до 137 см) ✓ |

Виробник
Декларація про відповідність
Дата виготовлення
Дата закінчення терміну придатності
Номер партії (LOT)
НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
ДВ-5
2024-10
2029-10
10
ТУ У 32.5-38935759-004:2014


| № з/п | Найменування показників | Вимоги ТУ | Результати перевірки |
|-------|--|--|----------------------|
| 1 | Зовнішній вигляд | Дефекти у виробках не допускаються | Відповідає |
| 2 | Розтяжність, % | не менше 70 | Відповідає |
| 3 | Поверхнева щільність, г/м ² | від 100 до 900 | Відповідає |
| 4 | Розривне навантаження, Н (кгс) | не менше 100 | Відповідає |
| 5 | Комплектність, маркування та пакування | пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014 | Відповідає |
| 6 | Цілісність споживчого пакування | Пакування повинно бути цілісним | Відповідає |

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(Посада)



С.Г.Сухіна
(Підпис)



Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту: 10.10.2024

Вх-акт № 0101 від 11.10.2024
№ 0098