



АТ «ЛУВНИФАРМ»  
 УКРАЇНА, 37500, м.Дубинь, вул. Бурштинська, 16  
 тел. (03561) 777-61, 709-26, факс 777-31



Сертифікат відповідності № УА.МД.531-21 від 14.01.2022 р. до 09.02.2026 р.


**СЕРВЕТКИ МЕДИЧНІ МАРЛЕВІ**  
**СТЕРИЛЬНІ** чотиришарові 16 х 14 см  
 (тип марлі 17)

Сертифікат якості № 1333

Номер партії 101-2024  
 Кількість продукції в партії 10,014 т.шт.

Дата виробництва 10.2024 р.  
 Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-003:2013, зі змінами


№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри серветок:		
	довжина	16,0 ± 1,0 см	15,5 см
	ширина	14,0 ± 1,0 см	13,6 см
2.	Лінійні розміри комплектів:		
	довжина	7,0 ± 1,0 см	6,8 см
	ширина	4,0 ± 1,0 см	3,9 см
	товщина	3,0 ± 1,0 см	2,9 см
3.	Стерильність	Мас буги стерильним	Стерильність забезпечено
4.	Упаковка	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-003:2013	Відповідає
5.	Маркування	У відповідності вимог ТУ У 21.2-00480951-003:2013	Відповідає
6.	Гарантійний термін зберігання	5 років	Відповідає
	Умови зберігання	У сухому місці	



Стерилізацію продукції проведено успішно.  
 Дата стерилізації: 21.10.2024 р.

Висновок: Партия 101-2024 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-003:2013, зі змінами

Дата оформлення сертифікату 23.10.2024 р.



*Уліман*  
 Уліман

Філоненко ІІ  
 ДІП

*Феєх* ✓ *08.8.3*  
*05.12.2024*

ДОВІДНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ  
 УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА  
*Винишув М.Г. 24.10.2024*