



11

ТОВ «Здравник»

Україна, 04073, м. Київ, Подільський р-н, вул. Сирецька, б. 28/2,

тел./факс: (044) 503-72-26

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 03/24

Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ»,
ємністю 240 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 1, 10 пакетиків по 2 г

Партія № 21.05.24

Кількість в партії 360 шт.

Дата виготовлення 21.05.24 р.

Використати до: 21.05.26 р.

Нормативна документація ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Визначасний показник	Вимоги ТУ	Результати випробовувань
Пристрій		
Маркування	п.1.5 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Упаковка	п.1.6 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Комплектність	Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ» ємністю 240 мл – 1 шт., інструкція з експлуатації, поєднана з паспортом – 1 шт., засіб для промивання – 10 шт. по 2 грама, анотація – 1 шт.	відповідає
Зовнішній вигляд поверхні деталей з пластмас	На поверхнях пристрою не допускаються сторонні вклучення, тріщини, відколи, здуття, розшарування, недоливи, гострі кромки, інші забруднення (частки матеріалів шліфування, полірування)	відповідає
Загальний вигляд	п.1.2.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
Продуктивність пристрою	Продуктивність пристрою за одне стиснення повинна бути не менше 30 мл	45 мл
Відповідність комплекту конструкторської документації	п.1.1 ТУ У 32.5-36337025-001:2016	відповідає
З'єднання деталей	Поєднання всіх деталей пристрою повинно бути роз'ємним, щільним по посадці або різьбовим	відповідає
Засіб для промивання		
Зовнішній вигляд	Однорідний дрібнокристалічний порошок з вкрапленнями у вигляді круглої, квадратної, овальної, трикутної, плоскоциліндричної або двоопуклої форми. Допускається пресування кристалів через присутність вологи в натуральних компонентах	дрібнокристалічний порошок з вкрапленнями
Колір порошку	Від світло-бежевого до коричневого	бежевий
Запах	Властивий слабкому запаху екстрактів рослинної сировини	відповідає

Висновок: Пристрій оториноларингологічний для промивання індивідуальний «ДОЛ», ємністю 240 мл, у комплекті із засобами для промивання, рецепт № 1, 10 пакетиків по 2 г відповідає ТУ У 32.5-36337025-001:2016

Директор _____ Грабар

